

Ficha Técnica Prueba Rápida

Descripción	Detalle
- Nombre del Producto	- COVID-19 Igm/IgG Antibody (IgM/IgG) Combined test Kit (Kit de prueba combinada de anticuerpos IgM/IgG contra la enfermedad COVID-19)
- Código del Kit	- CG2301Y
- Fabricante	- MedicalSystem Biotechnology Co.
- Procedencia	- China
- Principio	- El Kit de prueba combinada de anticuerpos IgM/IgG contra la enfermedad COVID-19, es un inmuno-ensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa de anticuerpos IgM e IgG contra el SARS-CoV-2 en suero humano, plasma o sangre completa, como ayuda en el diagnóstico de infecciones de COVID -19.
- Contenido	- Caja de cartón plastificado conteniendo Kit de 25 test incluyendo: <ul style="list-style-type: none"> ○ Test casete ○ Bolsa desecante ○ Gotero desechable ○ Buffer de detección ○ Manual de instrucciones
- Sensibilidad relativa	- 97.90%
- Especificidad relativa	- 91.77%
- Vida útil	- 12 meses
- Almacenamiento y estabilidad	- Se puede almacenar a temperatura ambiente o refrigerado (2 - 30 °C). - La prueba es estable hasta la fecha de caducidad impresa en la bolsa sellada. - La prueba debe permanecer en la bolsa sellada hasta su uso
- Tipo de muestra	- Sangre humana total, plasma o suero.
- Certificados y registros	- Certificado CE (Comunidad Europea) - Registro sanitario DIGEMID
- Garantía Comercial	- 12 meses
- Precauciones	<p>Lea toda la información del inserto antes de realizar la prueba.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Para el profesional en uso diagnóstico in vitro solamente. No utilizar después de la fecha de caducidad. - La prueba debe permanecer en la bolsa sellada hasta que esté listo para su uso. - El almacenamiento adecuado de la toma de muestras y el transporte son fundamentales para la realización de esta prueba. - Todas las muestras deben considerarse potencialmente peligrosas y manipularse de la misma manera como un agente infeccioso. - Use ropa protectora, como batas de laboratorio, guantes desechables y protección para los ojos cuando las muestras se están probando. - La prueba utilizada debe desecharse de acuerdo con las normativas locales.